

KW-PKG-08

纸板爆破试验机

Paper Board Bursting Tester



题目	标准号	标准/章节题目		
标准	GB/T 1539-2007	纸板 耐破度测定		
	GB/T 6545-1998	瓦楞纸板耐破强度的测定法		
	QB/T 1057-2004	纸与纸板耐破度仪		
	ISO 2759-2014	Board - Determination of bursting strength		
	TAPPI-T403-10	Bursting strength of paper		
	ASTM D774-97	Standard Test Method for Bursting Strength of Paper		
应用	本产品适用于纸张或纸箱纸板的破裂强度测试。			
特点	1. 全自动一键式操作，简单快捷；通过触摸屏设置参数，多种力值单位可随意切换。 2. 配微型打印，可打印测试结果。 3. 不锈钢制造夹盘，避免生锈。 4. 配有紧急停止按钮，提高操作安全；配气压压力表，随时监控压力。 5. 当被测样品爆破后，设备会自动停止加载并回复到初始位置。			
参数	1. 液压加载系统提供170 ±15毫升/分钟的流量，及250 ~ 6000kPa的压强。 2. 试样夹盘按标准尺寸制造，夹持力大于690Kpa。 3. 设备主体尺寸：450*430*520毫米，净重：52公斤。 4. 电源：220VAC 1A，气源：大于0.5Kpa。			
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-PKG-08-A01	下夹盘锁紧扳手	1件	拆装下夹盘
	KW-PKG-08-A02	校准用标准铝膜片	10件	校准压力
	KW-PKG-08-A03	校准橡胶膜片	1件	随机附送备件